

Załącznik nr 3 – Pozostałe metody badań wody w Laboratorium MZWIK sp. z o.o.

Nr zlecenia nadany w laboratorium:

Lp.	Badany parametr	Jednostka	Stosowana metoda	Numer normy/procedury	Informacja o badaniu	Zakres *
1	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT	mg/IO ₂	Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005	A	
2	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT ₅	mg/IO ₂	Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	A	
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT ₅	mg/IO ₂	Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-2:2002	A	
4	Zawiesiny ogólne	mg/l	Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A	
5	Fosfor ogólny	mg/l	Metoda spektrofotometryczna	Metoda testu MERCK nr 1.14848.0001 maj 2019r	A	
6	Fluorki	mg/l	Metoda spektrofotometryczna	Metoda testu MERCK nr 1.00809.0001	A	
7	Substancje powierzchniowo czynne (anionowe)	mg/l	Metoda spektrofotometryczna	Metoda testu MERCK nr 1.02552.0001	N	
8	Temperatura	°C	-	PN – C – 04584:1977 ¹⁾	N	
9	Sucha pozostałość	g/kg	Metoda wagowa	PN-EN 12880:2004	N	
10	Uwodnienie	%	-	PN-EN 12880:2004	N	

Legenda:

- ✓ * zaznaczyć **X** – parametr wybrany do badań
- ✓ **A** – metody akredytowane w PCA, nr akredytacji AB 1174 ; **N** – metody nieakredytowane
- ✓ **S** – metody zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole decyzja nr ON-HK.904.1.2021
- ✓ ¹⁾ Norma wycofana przez PKN. Metoda spełnia wymagania zawarte w Dz.U z 2017 Poz. 2294

.....
(podpis zleceniodawcy)